

介護用等ベッドの見積もり合わせに関する質問に対する回答

標題の件につきまして、下記の通り回答させていただきます。

NO.	質問事項	回答
1	移動バーを別で入札されておりますがベッドフレームと移動バーのメーカーは合わされた方が宜しいかと思ます。	移動バーのメーカーはベッドフレームと同一をお願いします。
2	超低床ベッドの③仕様書で最低床高は150mmと明記されておりますが最低床高110mmでも宜しいでしょうか。	最低床高は150mmになっておりますが150mm以下に訂正させていただきます。