

## 特記仕様書

件名 : 社会福祉法人章佑会やすらぎの里北小岩介護用ベッド等購入  
納品場所 : 東京都江戸川区北小岩 1-21-12  
特別養護老人ホームやすらぎの里北小岩 各居室  
納期 : 令和3年4月末まで(応協議)  
支払条件 : 令和3年5月末日 一括支払  
入札について : 当施設の仕様に適した物を品名ごとに分け、入札対象として選定を行う。

### 製品機能仕様書 :

① 品名 : 低床3モーターべッド

数量 : 70台

#### 概要 :

- ベッドの外形寸法は全長 2,150mm 以下で、全幅 1,000mm 以下であること。
- 最低床高は 260mm 以下、最高床高は 600mm 以上であること。
- 手元スイッチのボタン形状は触れるだけでも操作感覚の伝わりやすい大型設計のボタンであること。  
また、安全性を考慮し誤操作を防止対策として手元スイッチにロック機能付きを有していること。
- 背上げ・脚上げ（膝上げ含む）・ハイローが電動式で、手元スイッチにより各動作の操作が可能であること。
- 背上げと脚上げ（膝上げ含む）を連動させる機能を有すること。
- 背上げ角度は 0～上限値70～75 度、脚上げ（膝上げ含む）角度は 0～上限値17～30 度の範囲内で調節できる機能を有すること。
- ボトムは、樹脂製（樹脂製の場合全体が抗菌剤入りPP樹脂成型）の一体成型品またはスチール製であり4分割以上であること。また、洗浄ができるよう着脱可能であること。
- 利用者の方の身体機能に合わせ、サイドレールや移動バー（介助バー）の取り付けが簡単におこなえるよう、サイドフレームに受け穴が片側 5 ケ所、合計 10 ケ所ついていること。
- キャスターは耐久性に優れた双輪キャスターであること。
- キャスターのストッパーは4輪其々に固定・解除の操作が可能であること。
- ヘッドボード・フットボードは着脱が可能で、外れ防止ストッパー付きであること。
- ヘッドボード・フットボードは、汚れと傷防止の為の加工してある木製ボードであること。
- モーター・手元スイッチは、故障時の対策として簡単に取り外し・交換が可能であること。

品名 : 差し込み式サイドレール

数量 : 70台

#### 概要

- スチール製で当該ベッドへの抜き差しが容易にできること。
- 寸法は全幅 960 mm以上、高さ 460 mm以上であること。
- JIS 規格を遵守した製品であり、安全性を考慮し上記の低床3モーターべッドの規格に合うものであること。

**② 品名 : 超低床ベッド**

**数量 : 10台**

**概要**

- 1 ベッドの外形寸法は全長 2,100mm～2,200mm の範囲で、全幅 1,050mm 以下であること。
- 2 最低床高は 150mm であり、介護、看護する者の作業をさまたげず、介護負担の軽減がはかれる最高床高が、570mm 以上あること。
- 3 ベッドの昇降の際に、居室や病室の壁やキャビネットにぶつからないように垂直に昇降すること。
- 4 利用者の方の身体機能に合わせ、サイドレールや移動バー（介助バー）の取り付けが簡単におこなえること。
- 5 背上げ角度（70～75）度、脚上げ角度（膝上げ角度含む）22～35 度の無段階調節が電動でおこなえること。
- 6 高さの調節は電動にて無段階調整がおこなえること。
- 7 利用者ならびに介護、看護する者の脚を挟み込まないように防止機能を有すること。
- 8 手元スイッチは背上げ、脚上げ、（膝上げ含む）高さが個別に操作できるボタンを有しており、上げ時に利用者が脚側にずれにくくする背・脚同時操作のボタンを有すること。
- 9 手元スイッチにはロック機能付きを有していること。

**品名 : 差し込み式サイドレール**

**数量 : 10台**

**概要**

- 1 スチール製で当該ベッドへの抜き差しが容易にできること。
- 2 寸法は全幅 965 mm 以上、高さ 460 mm 以上であること。
- 3 JIS 規格を遵守した製品であり、安全性を考慮し、上記の超低床ベッドの規格に合うものであること。

**③ 品名 : 防水・リバーシブルマットレス（低床用）**

**数量 : 70台**

**概要**

- 1 マットレス寸法はベッドとの規格に合うものであること
- 2 側生地は防水仕様であること。
- 3 詰物はウレタンとして、表側と裏側の硬さが異なる仕様であること。

**④ 品名 : 防水・リバーシブルマットレス（超低床用）**

**数量 : 10台**

**概要**

- 1 マットレス寸法はベッドとの規格に合うものであること。
- 2 側生地は防水仕様であること。
- 3 詰物はウレタンとして、表側と裏側の硬さが異なる仕様であること。

**⑤ 品名 : 移動バー**

**数量 : 10台**

**概要**

- 1 全長 1170mm 以上、全高 460mm 以上。回転部角度調節は 0 度・45 度・90 度・135 度の 4 段階で調節が出来ること。主材はスチールパイプと樹脂の組み合わせであること。
- 2 スイング部のロック部の、ロック解除には事故防止機能を有すること。
- 3 JIS 規格を遵守した製品であり、安全性を考慮し上記の超低床ベッド、低床 3 モーターベッドの規格に合うものであること。

注意事項 :

- 注1 : 見積に当たっては、本仕様書・機器リストをもとに積算すること。
- 注2 : 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日付61財経庶第922号）第5条に基づく排除措置期間中のものは、入札に参加できない。
- 注3 : 入札日時等については、公告書参照。
- 注4 : 入札書には、代表者が必要事項を記載すること。ただし、代理人が入札書を作成するときは、代表者の住所及び氏名を記載のうえ押印するほか、代理人である旨を明記し、これに記名押印すること。
- 注5 : 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10の消費税に相当する金額を加算した金額を持って落札価格とするので、入札参加者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札書に記載する金額は、特記仕様書記載の製品の金額に、運搬搬入設置費等を加算した金額とする。
- 注6 : 落札者は、入札後、直ちに見積積算内訳を提出すること。
- 注7 : 契約は、当法人理事会承認後とする。
- 注8 : 本件に関する問い合わせ、質問は、メールにて行うこと。

E-mail : [kitakoiwa@shouyuhkai.jp](mailto:kitakoiwa@shouyuhkai.jp)

担当:玉置・藤崎